



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Dimas Ambrósio Trindade S/N – Centro – 29.395-000 Ibatiba/ES
Telefones: (28) 3543-1614 – Fax: (28) 3543-1326

CI

NÚMERO
113/2023
DATA
20/11/2023

Destino: Comissão Permanente de Licitação – Caroline Segal Vieira	Assunto: Resposta à CI 035/2023.	Emitida por: Marcos Paula Pereira - Secretário de Saúde	Recebida por: Data: Hora:
--	---	---	---------------------------------

Ilma. Presidente da CPL,

Considerando a CI 048/2023, venho por meio deste responder e justificar os recursos impetrados pelas empresas Saúde Brasil Odonto Hospitalar LTDA EPP e D&M Saúde LTDA referente aos itens do Processo Licitatório nº 055/2023, uma vez que as marcas não atenderam tal descrição do constante edital conforme segue abaixo:

Itens 147 e 148:

Quebra do princípio administrativo de vinculação ao instrumento convocatório em razão da ausência do atendimento ao descritivo do produto constante item do edital, no que tange Creme dental com 1.450 ppm de flúor (...) Creme dental com 1.450 ppm de flúor, contendo monofluorofosfato de sódio Mpa, pirofosfato tetrassódio, carboximetil celulose, metil e propil parabenos composição aromática e água, embalagem 90G. (...).

O edital é claro, quando no descritivo dos KITS DE HIGIENE BUCAL ele pede:

LOTE 147-Kit de saúde bucal adulto: 01 Escova dental adulto; cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufo, com no mínimo de 36 tufo de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabo opaco, anatômico em polipropileno atóxico, medindo aproximadamente de 15 cm de comprimento, embalada em estojo de pvc cristal. 01 Fio dental em poliimida, cera e aroma, estojo pocket, com tampa flip, rolo com 25 metros. Fio de resina termoplástica, que resiste ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção de placa bacteriana interdental. Deve possuir selo de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia). 01 Creme dental com 1.450 ppm de flúor, contendo monofluorofosfato de sódio Mpa, pirofosfato tetrassódio, carboximetil celulose, metil e propil parabenos composição aromática e água, embalagem 90G. 01 Sacolinha plástica em PVC de 0,20mm, sendo a frente transparente e o verso branco, medindo 12 x 20 cm, sem alça, com sistema de fechamento em zíper, para ser personalizada com dados fornecidos pela Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria da Saúde do Município de IBATIBA.

LOTE 148-Kit de saúde bucal infantil contendo: 01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufo, com no mínimo de 28 tufo de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova

compacta, cabo opaco, anatômico em polipropileno atóxico, medindo aproximadamente de 15 cm de comprimento, embalada em estojo de pvc cristal. Creme dental com 1.450 ppm de flúor, contendo monofluorofosfato de sódio Mpa, pirofosfato tetrassódio, carboximetil celulose, metil e propil parabenos composição aromática e água, embalagem 90G. 01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, estojo pocket, com tampa flip, rolo com 25 metros. Fio de resina termoplástica, que resiste ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção de placa bacteriana interdental. Deve possuir selo de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia). 01 Sacolinha plástica em PVC de 0,20mm, sendo a frente transparente e o verso branco, medindo 12 x 20 cm, sem alça, com sistema de fechamento em zíper, para ser personalizada com dados fornecidos pela Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria da Saúde do Município de IBATIBA.

Ocorre que os CREMES DENTAIS DA MARCA ALG DENTAL não possuem 1.450 ppm de flúor.

Itens 240, 246, 258 e 259:

LOTE 240 - ALTA ROTACAO (PECA DE MAO), Turbina de alta rotação com sistema push button, spray triplo, extra torque, ruído de 64 decibéis, velocidade máxima de 400.000 rpm, deve ter corpo inoxidável, rolamentos de cerâmica, e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça, também deve ter potência mínima de 16w. Garantia mínima de 01 ano. Em análise ao descritivo, entendemos que há divergência entre o descritivo mínimo exigido em edital e o descritivo técnico fornecidos pelos arrematantes, senão vejamos:

No lote em questão, é solicitado uma PECA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO que tenha o corpo em aço inoxidável, sistema que evita entrada de resíduos na cabeça, potência mínima de 16W, e isso significa um produto preparado para suportar maior rotação, logo, bem mais preparado para o trabalho e mais resistente. Tais características não são encontradas pela arrematante, ou seja, inferior ao solicitado em edital, logo não deve ser considerado que atende o descritivo.

Abaixo o descritivo extraído do site <https://dentemed.com.br/produto/19/caneta-de-alta-rotacao> que é a fabricante da caneta alta rotação cotada pela arrematante. No próprio site pode ser constatado a falta de tais características.

Caneta de Alta Rotação

- Autoclavável a 15 minutos a 134 o C +/-2 oC.
- Rotação de 300.000 RPM (+/- 15%) a 25 PSI ou 420.000 RPM (+/- 15%) a 30 PSI.
- Sistema de troca de broca push button para broca ISO Standart 1,59-1,60 mm. (Disponível modelo Saca Broca)
- Encaixe Borden Universal (ISO 9168) acoplável a todos os modelos e marcas de equipamentos nacionais.

- Spray distribuído simetricamente em direção à ponta da broca, projetado para refrigerar a região de corte da broca, em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios;

- Corpo com espessura fina, ranhuras antiderrapantes, superfície lisa e extremidade inclinada facilitando a assepsia. REGISTRO ANVISA: 80349600009.

Favor consultar manual de instruções no link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1aUSgioBfydV3OVbwwWQvpmtx-STutUb?usp=sharing>
LOTE 246 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – isento de óleo capacidade mínima de 25 litros, com tratamento interno e externo antioxidante, pintura eletrostática deve possuir no mínimo um motor de 1 HP com pistões em V, dispositivo de segurança, pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança, dispositivo de alívio do excesso de pressão protetor de sobrecarga de tensão, deve acompanhar chave magnética e purgador eletrônico, e laudo do vaso de pressão de acordo com a NR13.

Analisando ao descritivo, de mesma forma entendemos que há divergência entre o descritivo mínimo exigido em edital e o descritivo técnico fornecidos pelos arrematantes, senão vejamos:

Neste lote é solicitado um COMPRESSOR ODONTOLÓGICO que tenha os com pistões em V e que deve acompanhar chave magnética e purgador eletrônico, características imprescindíveis para o melhor funcionamento do equipamento ofertado. Tais características não são encontradas pela arrematante, ou seja, inferior ao solicitado em edital, logo não deve ser considerado que atende o descritivo.

Abaixo o descritivo extraído do site <https://telediu.com.br/produto/1515/compressor-prime-air-40-litros-dentemed->. No próprio site podemos observar a falta de tais características.

COMPRESSOR PRIME AIR 40 LITROS DENTEMED

- Atende até 1 consultório
- Potência: 1.275 Watts / 1,5 HP
- Tensão: 127V ou 220V
- Pressão máxima: 8,3 Bar / 120 PSI
- Nível de ruído: 55 dB
- Peso líquido: 29 KG (40 Litros)
- Dimensões (L x C x A): 44x44x68cm

LOTE 258 e 259 - CADEIRA ODONTOLÓGICA – Cadeira odontológica completa com equipo pneumático acompanhando mocho da mesma cor da cadeira Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, Base

com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório.

Estofamento com remoção do encosto para higienização. Apresenta opções de cores em PVC Altura máxima e mínima Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Braço de apoio para o paciente Braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90º, com estrutura interna de metal.

Pedal de Comandos Padrão joystick com três programações de trabalho, posição de cuspir, stop emergencial e com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto da cabeça Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro – Equipo Composição: Seringa tríplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal com spray para micromotor pneumático. Braços Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice Bico giratório, removível e autolavável. Mangueiras Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral. - Unidade de Água Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos Filtro de detritos localizado na base do consultório. Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi) e terminal suctor para conexão com bomba de vácuo. Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Sistema porta copos. Reservatório Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. – Refletor Sirius Sensor 3 LEDs: Sistema óptico com 3 LEDs. Três Intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX (com variação de +-10%). Tecnologia de iluminação – LED Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais. Não utiliza lâmpadas. O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada. Fonte de luz fria não gera calor no campo operatório. Foco de luz retangular Cabeçote Em material resistente, com giro de 620º. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores Bilaterais em

forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Removíveis e autoclaváveis. O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Quanto a esses lotes entendemos que há divergência entre o descritivo mínimo exigido em edital e o descritivo técnico fornecidos pelos arrematantes, senão vejamos: É requerido no descritivo do edital e não apresentado no modelo cotado pela arrematante: estofamento com remoção do encosto para higienização, braço articulável de apoio para paciente, rebatível em 90º, com estrutura interna de metal, filtro de detritos localizado na base do consultório, unidade de água e cuba rebatível em 90º, sistema óptico com 3 leds, três intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 lux, acionamento do refletor por sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, cabeçote com giro de 620º que permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada removíveis e autoclaváveis e protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente que protege o sistema óptico contra aerossol. Tais características não são encontradas pela arrematante, ou seja, inferior ao solicitado em edital, logo não deve ser considerado que atende o descritivo.

Abaixo o descritivo extraído do site <https://dentemed.com.br/produto/2/consultorio-prime-5-flex>. No próprio site podemos observar a falta de tais características.

CONSULTÓRIO PRIME 5 FLEX O consultório Prime 5 Flex atende aos mais exigentes critérios de qualidade em equipamentos odontológicos. Apresenta sistemas automatizados e de inteligência artificial que proporcionam ao CD:

- Realizar suas três preferidas posições de trabalho que facilita o seu dia a dia.
- Realizar o Trendelenburg dando segurança em caso de hipotímia ou desmaio do paciente.
- Regular a intensidade do refletor por sensor de aproximação sem o toque das mãos atendendo as necessidades de iluminância e a biossegurança.
- Selecionar as pontas automaticamente atendendo aos princípios de ergonomia (tempos e movimentos).

Opcional: Sistema pneumático de equipo Cadeira Odontológica

- Totalmente motorizada
- Tecla exclusiva de Trendelenburg
- Volta a zero e joystick
- Encosto e assento confortáveis e anatômicos de fácil higienização
- Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano e base antiderrapante
- Sistema de fuso elevação (motorreductor isento de óleo).

- Botão de Stop Emergencial
- Motor e caixa de comando com tecnologia Dewert - Phoenix Mecano Group Equipo Flex Pneumático;
- Três terminais (capacidade de até 5) para alta e baixa rotação
- Mesa em plástico resistente (proteção UV)
- Sistema pneumático para acionamento nos terminais
- Seringa tríplice com bico removível e autoclavável
- Bandeja de aço inox, removível e autoclavável
- Pedal de comando
- Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis
- Refletor de Led
- O refletor de led possui luminosidade de 35.000 (+/- 15%), Lux a 6.000(+/- 15%) permitindo seleção em intensidade gradual proporcionando uma visibilidade perfeita sobre toda a área de tratamento. O acendimento da iluminação é realizado através de gestos das mãos sem a necessidade de tocar o aparelho proporcionando melhor higiene. Possui manopla removível para facilitar a esterilização. Unidade Auxiliar
- Possui sugador Venturi
- Capacidade para segundo sugador

Como visto e explicado acima as solicitações não foram atendidas. Neste sentido, orientamos o acatamento ao requerimento de desclassificação para os itens constantes nos referidos lotes.

Atenciosamente

Marcos Paula Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 247/22

Marcos Paula Pereira
Secretário Municipal de Saúde (interino)
Portaria 247/2022

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA PROTOCOLO</p> <p>Recebi nesta data, na sala de Comissão Permanente de Licitação CPL, o presente Documento.</p> <p>30/11/23</p> <p><i>Divina</i> Pregoeiro (a)</p>
--

Caroline Segal Vieira
Assessora Técnica em Licitação e Contratos
Matrícula nº 027268